

Odpovědi na dotazy dodavatelů:

Dotaz č. 1:

Trvá zadavatel na požadavku umístění tlakových lahví o objemu 10 l přímo na anesteziologickém přístroji, nebo mohou být tyto lahve umístěny na externím pojízdném stojanu? V zadávací dokumentaci je požadavek zadavatele na vozík na přístroj včetně držáku 2 ks tlakových lahví o objemu 10 l.

Odpověď:

Požadavek zadavatele formulovaný jako „vozík na přístroj, včetně držáku na 2ks 10l tlakové lahve“ je myšlen tak, že vozík na přístroj buď bude mít držák na tlakové lahve jako součást své konstrukce anebo budou tlakové lahve umístěny na pojízdném externím stojanu.