

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Fakultní nemocnice Brno
laboratoře Oddělení dětské hematologie a biochemie
Černopolní 212/9, 613 00 Brno

Pracoviště zdravotnické laboratoře:

1. **Hematologická laboratoř** Černopolní 212/9, 613 00 Brno
2. **Biochemická laboratoř** Černopolní 212/9, 613 00 Brno

1. **Hematologická laboratoř**

Vyšetření:

Pořadové číslo	Přesný název postupu vyšetření	Identifikace postupu vyšetření	Předmět vyšetření
818 - Laboratoř hematologická			
1.	Stanovení parametrů krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů na analyzátoru Sysmex XN-20 [Krevní obraz: WBC,RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, MCH, MCHC, RDW, MPV,PDW; Dif. analyzátor: NEU, LYM, MONO, EOS, BASO]	SOPA/ODH/008	Periferní krev
2.	Stanovení počtu retikulocytů na analyzátoru Sysmex XN-20 [Retikulocyty]	SOPA/ODH/009	Periferní krev
3.	Stanovení parametrů krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů na analyzátoru Sysmex XN-L 550 [Krevní obraz: WBC,RBC, HGB, HCT, MCV, PLT, MCH, MCHC, RDW, MPV, PDW; Dif. analyzátor: NEU, LYM, MONO, EOS, BASO]	SOPA/ODH/010	Periferní krev
4.	Stanovení diferenciálního rozpočtu leukocytů v nátěru periferní krve mikroskopicky [Dif. mikroskop: Neutr. segmenty, Neutr. tyče, Lymfocyty, Monocyty, Eozinofily, Bazofily, Neutr. metamyelo, Neutr. myelocyty, Promyelocyty, Plazmatické buňky, Normoblasty]	SOPA/ODH/201	Periferní krev
5.	Stanovení protrombinového testu koagulační metodou na koagulometru Sysmex CS-2500 [PT-INR, PT-Ratio]	SOPA/ODH/122	Plasma